

ПРОТОКОЛ № 129

допуска заявок потенциальных поставщиков и итогов по конкурсу на закуп
«Медицинской техники (Аппарат компьютерный томограф с принадлежностями)».

г. Алматы

«06» мая 2022г. 10:00ч

Председатель комиссии:

1. Ералиева Л.Т. – заместитель директора НИЦФ по клинической и научной работе;

Члены комиссии:

2. Бурински В. – консультант НИЦФ РК;
3. Арбузова Е.В. – национальный консультант по НРБТ;
4. Жантохова К.К. – старший менеджер отдела государственных закупок;
5. Караев О.С. – врач рентгенолог компьютерной томографии;

Секретарь конкурсной комиссии: Кожалиев А.Д.

Наблюдатели: Кужабекова М. - представитель МАФ.

1) Заявки на участие в конкурсе в установленный срок представили следующие потенциальные поставщики:

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Дата и время предоставления заявки
1	ТОО Tengri LLC	г. Алматы, проспект Аль-Фараби 77/1, кв.1Е	18.04.2022, 16:17
2	ТОО LabTest Diagnostics	г. Алматы, мкр. Самгау, ул. Ырысты дом №15, офис №310	19.04.2022, 16:13
3	ТОО «Fortis Pai» (Фортис Пай)	г. Алматы, ул.Жамбыла 175, кв. 29	19.04.2022, 16:18

2. Перечень закупаемых товаров:

№ лота	Наименование товара	Ед. изм.	Количество, объем
1	Аппарат компьютерный томограф с принадлежностями	Комплект	1

3) **ТОО «LabTest Diagnostics»** - лот №1 «Аппарат компьютерный томограф с принадлежностями». Данный поставщик соответствует требованиям конкурсной документации по: квалификационным характеристикам, предъявляемым к потенциальному поставщику; техническая спецификация товара - «Аппарат компьютерный томограф с принадлежностями». При этом цена за единицу товара превышает выделенную сумму бюджетом. Таким образом, несмотря на соответствие квалификационным характеристикам и техническим спецификациям товара, заявка ТОО «LabTest Diagnostics» подлежит отклонению (согласно пункту 4 статьи 24 Руководства «О закупках в рамках реализации грантов ГФ для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в РК по компоненту «Туберкулез»).

4) ТОО «Fortis Pai» (Фортис Пай) - лот №1 «Аппарат компьютерный томограф с принадлежностями» соответствует требованиям конкурсной документации по: квалификационным характеристикам, предъявляемым к потенциальному поставщику; техническая спецификация товара - «Аппарат компьютерный томограф с принадлежностями». При этом цена за единицу товара превышает выделенную сумму за лот.

Таким образом, несмотря на соответствие квалификационным характеристикам и техническим спецификациям товара, заявка ТОО «Fortis Pai» так же подлежит отклонению (согласно пункту 4 статьи 24 Руководства «О закупках в рамках реализации грантов ГФ для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в РК по компоненту «Туберкулез»);

5) ТОО Tengri LLC – лот №1 «Аппарат компьютерный томограф с принадлежностями» - не соответствует требованиям конкурсной документации и технической спецификации, а именно:

- Не соответствие технической спецификации (не соответствие апертуры Гентри, отсутствуют сведения о частоте сбора данных, отсутствие сведений о наличии возможности множественных срезов, получаемых одновременно с непрерывным перемещением стола, отсутствуют сведения о наличии питч сканирования, отсутствуют сведения о возможности записи индивидуальных голосовых сообщений и дистанционного управления столом, о наличии системы двухсторонней связи с пациентом, отсутствие набора предустановленных протоколов исследований для детей различных возрастных групп, отсутствие набора инструментов для формирования отчетов, отсутствие комплекта модулей Dicom для интеграции КТ в больничную/межбольничную сеть, стандарт Dicom 3.0, отсутствие средств просмотра в режиме 4D и мульти-модального просмотра.

- конкурсное ценовое предложение превышает сумму, выделенную для приобретения товара (согласно пункту 4 статьи 24 Руководства «О закупках в рамках реализации грантов ГФ для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в РК по компоненту «Туберкулез»);

- отсутствие сертификата (копии) соответствия: стран Европы, США, Япония, Австралия или Канада; (подтверждающие документы);

- не соответствие специальным квалификационным требованиям: суммарный оборот компании менее 500 млн. тенге за последние 3 (три) года (не подтверждается финансовой отчетностью);

- не соответствие специальным квалификационным требованиям: опыт поставок медицинского оборудования и расходных материалов составляет менее 5 лет.

Таким образом заявка ТОО Tengri LLC подлежит отклонению, как не соответствующая по квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальным поставщикам и по техническим характеристикам поставляемого товара.

6) Рассмотрев конкурсные заявки по закупке «Аппарата компьютерной томографии с принадлежностями» потенциальных поставщиков ТОО «Fortis Pai» и ТОО «LabTest Diagnostic» и ТОО Tengri LLC, конкурсная комиссия решила:

1. отклонить заявки поставщиков ТОО «Fortis Pai» и ТОО «Lab Test Diagnostic» в связи с превышением цены за лот;

2. Отклонить заявку поставщика ТОО Tengri LLC в связи с несоответствием квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальным поставщикам и по техническим характеристикам поставляемого товара.

7) На основании решения конкурсной комиссии по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок вынесен ИТОГ:

1. Признать конкурс по лоту №1 несостоявшимся в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 13 Руководства «О закупках в рамках реализации грантов ГФ для борьбы со

СПИДом, туберкулезом и малярией в РК» по компоненту «туберкулез» (к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик).

Председатель комиссии:

Ералиева Л.Т.



Члены комиссии:

Бурипски В.




Арбузова Е.В.



Жантохова К.К.



Караев О.С.



Секретарь конкурсной комиссии:

Кожалиев А.