

ПРОТОКОЛ № 130

допуска и итогов заявок потенциальных поставщиков по конкурсу на закуп
«Медицинской техники «Рентгеновская диагностическая система с дистанционным
управлением с принадлежностями».

г. Алматы

« 06 » мая 2022г. 10:20ч

Председатель комиссии:

1. Ералиева Л.Т. – заместитель директора ННЦФ по клинической и научной работе;

Члены комиссии:

2. Бурински В. – консультант ННЦФ РК;

3. Арбузова Е.В. – национальный консультант по НРБТ;

4. Жантохова К.К. – старший менеджер отдела государственных закупок;

5. Караев О.С. – врач рентгенолог компьютерной томографии;

Секретарь конкурсной комиссии: Кожалиев А.Д.

Наблюдатели: Кужабекова М. - представитель МАФ.

1) Заявки на участие в конкурсе в установленный срок представили следующие потенциальные поставщики:

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Дата и время предоставления заявки
1	ТОО «Альянс Медика»	070010, РК, г. Усть-Каменогорск, улица Серкебаева 27;	20.04.2022, 10:31
2	ТОО «RUBIN Group»	г. Шымкент, ул. Елшибек батыра 114, юр. адрес: г.Шымкент, ул.Анарова 8/16;	20.04.2022, 11:21
3	ТОО «LabTestDiagnostics»	г.Алматы, ул. Ырысты дом №15, офис №310	20.04.2022, 17:20
4	ТОО «Fortis Pai» (Фортис Пай),	г. Алматы, ул.Жамбыла 175, кв. 29	21.04.2022, 08:52
5	ТОО «KazMedEquipment»	г. Нур-Султан, ул. Сыганак 25, 6 этаж, ВП-6.	21.04.2022, 09:07

2) Перечень закупаемых товаров:

№ лота	Наименование товара	Ед. изм.	Количество, объем
1	Рентгеновская диагностическая система с дистанционным управлением с принадлежностями	комплект	1

3) Конкурсная заявка ТОО «Альянс Медика» по лоту №1 - не соответствует по следующим квалификационным требованиям предъявляемым к потенциальному поставщику и требованиям технической спецификации заказчика к товару:

- В соответствии пункта 1.3.2 по требованию конкурсной документации потенциальный поставщик должен соответствовать специальным квалификационным требованиям: Суммарный оборот компании должен составлять не менее 500 млн. тенге за последние 3 (три) года (подтверждается финансовой отчетностью потенциального поставщика) и обладать опытом поставок не менее 5 лет, в поставках медицинского оборудования и расходных материалов, однако в конкурсной заявке по предоставленным документам ТОО «Альянс Медика» суммарный оборот компании составляет менее 500 млн. тенге и не подтверждается опыт поставок не менее 5 лет, таким образом, ТОО «Альянс Медика» не соответствует указанным квалификационным требованиям.

-Предлагаемое оборудования «Система рентгенодиагностическая Roesys: X Twin, с принадлежностями» производства Roesys MedTec GmdH Германия» не соответствует требованиям технической спецификации заказчика, а именно:

- Отсутствует сведения о поверхности деки стола (по требованиям технической спецификацией должен быть вогнутая);
- Отсутствует сведения о наличии функции запрашиваемых согласно технической спецификацией - а) о наличии функции предотвращения столкновения системы с конструктивными элементами помещения (*Основные комплектующие требование п.1 «Рентгеновский диагностический стол с дистанционным управлением»*); б) о наличии функции контроля возможного столкновения стола с окружающими конструкциями помещения при критическом уменьшении расстояния между столом и полом, стенами, потолком в процедурной (*Основные комплектующие требование п.1 «Рентгеновский диагностический стол с дистанционным управлением»*); в) о наличии стол-штатива для выполнения урологических исследований (*Основные комплектующие требование п.1 «Рентгеновский диагностический стол с дистанционным управлением»*); г) о наличии стол-штатива для проведения эндоскопической ретроградной холангиопакреатографии с возможностью контроля пациента с разных сторон (*Основные комплектующие требование п.1 «Рентгеновский диагностический стол с дистанционным управлением»*); д) о наличии функция быстрого приведения стола-штатива в горизонтальную и вертикальную позицию нажатием одной кнопки (*Основные комплектующие требование п.1 «Рентгеновский диагностический стол с дистанционным управлением»*); е) о наличии функции возврата рентгеновской трубки в вертикальную позицию нажатием одной кнопки (*Основные комплектующие требование п.1 «Рентгеновский диагностический стол с дистанционным управлением»*); ж) о наличие возможности исследования различных органов пациента без перекладывания и т.п (*Основные комплектующие требование п.1 «Рентгеновский диагностический стол с дистанционным управлением»*).

4) При рассмотрении конкурсной заявка **ТОО ««RUBIN Group»** по лоту №1 предлагаемое оборудование - «Аппарат рентгенодиагностический на три рабочих места Apollo вариант исполнения аппарат рентгенодиагностический цифровой Apollo EZ DRF производства «Villa Sistemi Medicali S.p.A, Италия» выявлены следующие несоответствия требованиям технической спецификации заказчика:

- Отсутствует указание на наличие функции предотвращения столкновения системы с конструктивными элементами помещения (*требование «Основные комплектующие п.1. Рентгеновский диагностический стол с дистанционным управлением»*);
- Отсутствует указание на наличие контроля возможного столкновения стола с окружающими конструкциями помещения при критическом уменьшении расстояния между столом и полом, стенами, потолком в процедурной; (*требование «Основные комплектующие п.1. Рентгеновский диагностический стол с дистанционным управлением»*);
- Нет сведений, что стол-штатив приспособлен для выполнения урологических исследований; (*требование раздела «Основные комплектующие п.1. Рентгеновский диагностический стол с дистанционным управлением»*);
- Нет сведений, что стол-штатив приспособлен для проведения эндоскопической ретроградной холангиопакреатографии с возможностью контроля пациента с разных сторон; (*требование раздела «Основные комплектующие п.1. Рентгеновский диагностический стол с дистанционным управлением»*);
- Отсутствует информация, что рентгеновский плоскопанельный цифровой детектор с входным полем размера не менее 42 x 42 см, представляет собой высококачественные детекторы рентгеновского излучения, который обладает высокой разрешающей способностью и предназначенны для получения видеоизображения в реальном времени в цифровой рентгенографии.

- нет указаний на количество возможных полей увеличения, на количество пикселей при рентгенографии не менее 2840 x 2840; и др. параметры плоско панельного детектора (требование раздела «Основные комплектующие п.3. Рентгеновский плоско панельный детектор»);
- не указано на наличие дополнительного педального блока для процедурной, поскольку в пультовой устанавливается такой же педальный блок для проведения дистанционной рентгенографии (требование раздела «Основные комплектующие п.18. Дополнительный педальный блок»).

Так же имеются несоответствия по ряду других технических параметров:

1. Поверхность предложенной деки стола плоская – по требованиям конкурсной документации – поверхность деки стола должна быть вогнутая. (Раздел Основные комплектующие п.1. «Рентгеновский диагностический стол с дистанционным управлением»);
2. Поставщик указывает на наличие мощности генератора - 65 кВ, с максимальной силой тока 800 мА в режиме рентгенографии и 10 мА в режиме скопии. Согласно конкурсной документации – мощность генератора должна быть не менее 80 кВт, с максимальной силой тока в режиме рентгенографии не менее 1000 мА, максимальная сила тока в режиме рентгенографии не менее 50 мА (Раздел Основные комплектующие п.5. «Высоковольтный рентгеновский генератор»).

Таким образом, конкурсная заявка ТОО «RUBIN Group» по лоту №1 с предлагаемым оборудованием - «Аппарат рентгенодиагностический на три рабочих места Apollo не соответствует требованиям технической характеристики.

5) Конкурсная заявка ТОО «LabTest Diagnostics» по лоту №1 - «Рентгеновская диагностическая система с дистанционным управлением с принадлежностями» соответствует требованиям конкурсной документации и технической спецификации заказчика.

6) Конкурсная заявка ТОО «Fortis Pai» (Фортис Пай) по лоту №1 - «Рентгеновская диагностическая система с дистанционным управлением с принадлежностями» соответствует по требованиям конкурсной документации и технической спецификации заказчика.

7) Конкурсная заявка ТОО «KazMedEquipment» по лоту №1 – Предлагаемый товар «Аппарат стационарный для цифровой рентгенографии и рентгенографии DR800 с принадлежностями» производитель –«Agfa» - не соответствует требованиям технической спецификации заказчика, а именно:

- мощность высокочастотного генератора у поставщика 65кВт, по требованию технической спецификации заказчика мощность должна быть не менее 80 кВт; (Основные комплектующие п.5. «Высоковольтный рентгеновский генератор»).
- Поверхность деки стола предложена плоская (согласно технической спецификации должна быть вогнутая поверхность деки стола (Основные комплектующие п.1. «Рентгеновский диагностический стол с дистанционным управлением»).
- отсутствует сведение о наличии изолирующих пластин для монтажа (Основные комплектующие п.11 «Изолирующие пластины для монтажа»).
- отсутствуют сведения о наличии компрессионного ремня для пациента для фиксации пациента в необходимом положении тела на столе системы, монтажа (Основные комплектующие п.12 «Компрессионный ремень для пациента»).
- отсутствует сведение о наличии локального пульта управления и о наличии клавиатуры для локального пульта управления (Основные комплектующие п.15 и п. 16 «Локальный пульт управления и клавиатура для локального пульта управления»).
- отсутствует сведения о наличии тележки для одного монитора, дополнительного педального блока для переключения режимов работы системы (Основные комплектующие п.17 Тележка для одного монитора).
- отсутствуют сведения о наличии дополнительных комплектующих, таких как пластины для калибровки цифрового детектора, распределительный щит, дозиметр и набор материалов для монтажа. (дополнительные комплектующие п.2,3, 5,6).

8) Рассмотрев конкурсные заявки по закупке «Рентгеновская диагностическая система с дистанционным управлением с принадлежностями» потенциальных поставщиков ТОО «Альянс

Medica», ТОО «RUBIN Group», ТОО «LabTest Diagnostics», ТОО «Fortis Pai» (Фортис Пай) и ТОО «KazMedEquipment» конкурсная комиссия **РЕШИЛА:**

1. Отклонить конкурсную заявку поставщика ТОО «Альянс Medica» в связи с несоответствием специальным квалификационным требованиям конкурсной документации и несоответствие товара по требованию технической спецификации заказчика.
2. Отклонить конкурсные заявки поставщиков ТОО «RUBIN Group» и ТОО «KazMedEquipment» в связи несоответствием товара по требованию технической спецификации заказчика.
3. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «LabTest Diagnostics» допущен к участию в конкурсе с ценой 181 000 000 тенге за 1 единицу товара.
4. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Fortis Pai» допущен к участию в конкурсе с ценой 180 000 000 тенге за 1 единицу товара.

9) На основании решения конкурсной комиссии по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок **подведены ИТОГИ:**

1. Признать победителем конкурса по закупке Лот №1 «Рентгеновская диагностическая система с дистанционным управлением с принадлежностями» ТОО «**FORTIS PAI**» по наименьшей цене и заключить договор о закупках.

Председатель комиссии:

Ералиева Л.Т.

Члены комиссии:

Бурински В

Арбузова Е.В.

Жантохова К.К.

Караев О.С.

Секретарь конкурсной комиссии:

Кожалиев А.

Шымылов А.И.












