

ПРОТОКОЛ № 131

допуска и итогов заявок потенциальных поставщиков по конкурсу на закуп «Изделий медицинского назначения и медицинской техники (респираторы и система флюорографическая и рентгенографическая диагностическая (стационарная))».

г. Алматы

«06» мая 2022г. 10:50ч

Председатель комиссии:

1. Ералиева Л.Т. – заместитель директора ННЦФ по клинической и научной работе;

Члены конкурсной комиссии

1. Абенов А. – специалист закупок ГРП по компоненту ВИЧ;
2. Нуралбаева П.К. - и.о. руководителя отделения анестезиологии и реанимации ННЦФ МЗ РК;
3. Укиева Д.А. – врач эпидемиолог;
4. Караев О.С. – врач рентгенолог компьютерной томографии;
5. Сыдыков Р.Р. - эксперт

Секретарь конкурсной комиссии: Кожалиев А.Д.

Наблюдатели: Кужабекова М. - представитель МАФ.

- 1) Заявки на участие в конкурсе в установленный срок представили следующие потенциальные поставщики:

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Дата и время предоставления заявки
1	ТОО «Planet Project»	РК, г. Нур-Султан, ул. Сыганак 25, 13 этаж, офис 310	22.04.2022, 09:39
2	ТОО «Fortis Pai»	г. Алматы, ул. Жамбыла дом 175, офис 29.	21.04.2022, 15:37
3	ТОО «LabTest Diagnostics»	г.Алматы, мкр Самгау, ул. Ырысты, дом 15, офис №310	21.04.2022, 15:23
4	ТОО «KazMedEquipment»	РК, г. Нур-Султан, ул. Сыганак 25, 6 этаж, ВП-6	21.04.2022, 15:40

- 2) Конкурсные заявки потенциальных поставщиков на участие в конкурсе после истечения окончательного срока представления: нет.

- 3) Перечень закупаемых товаров:

№ лота	Наименование товара	Ед. изм.	Количество, объем
1	Респираторы	штука	160 100
2	Система флюорографическая и рентгенографическая диагностическая (стационарная)	комплект	1

- 4) ТОО «Planet Project» предоставил конкурсную заявку по лоту №1:

- Лот №1 - не соответствие требованиям технической документации: согласно технической спецификации заказчика, поставщик должен предоставить образцы респираторов для проведения фит-теста на соответствия предлагаемого товара, однако поставщик ТОО «Planet Project» не предоставил образцы товара.

- 5) ТОО «KazMedEquipment» предоставил конкурсную заявку по 2 (двум) лотам:

- Лот №1 – конкурсная заявка соответствует требованиям конкурсной документации и технической спецификации.

- Лот №2 – конкурсная заявка соответствует требованиям конкурсной документации и технической спецификации.

А. Кош

6) **ТОО «Fortis Pai»** предоставил конкурсную заявку по лоту №2 – оборудования «Система цифровой рентгенографии/флюорография EcoView 9» не соответствует по требованиям технической спецификации заказчика, именно:

- предлагаемом оборудовании поставщика не соответствует перемещение стойки детектора по вертикали соответственно колонна рентгеновской трубки по вертикали будет не соответствовать.

- в технической спецификации поставщика отсутствует сведение о характеристике стационарного стола снимков связи этим не возможно определить может ли производить снимки на аналоговых кассетах через решетку.

- не соответствует фокусы рентгеновской трубки малый/большой.

- по требованию технической спецификации мощность генератора должен составлять не менее 50 кВт, однако предлагаемом товаре составляет 40 кВт.

7) **ТОО «LabTest Diagnostics»** Лот №2 – предоставил конкурсную заявку по лоту №2 – оборудования «Система цифровой рентгенографии/флюорография EcoView 9» не соответствует по требованиям технической спецификации заказчика, именно:

- предлагаемом оборудовании поставщика не соответствует перемещение стойки детектора по вертикали соответственно колонна рентгеновской трубки по вертикали будет не соответствовать.

- в технической спецификации поставщика отсутствует сведение о характеристике стационарного стола снимков связи этим не возможно определить может ли производить снимки на аналоговых кассетах через решетку.

- не соответствует фокусы рентгеновской трубки малый/большой.

- по требованию технической спецификации мощность генератора должен составлять не менее 50 кВт, однако предлагаемом товаре составляет 40 кВт.

8) Рассмотрев конкурсные заявки по закупке «Респираторы и система флюорографическая и рентгенографическая диагностическая (стационарная))» потенциальных поставщиков ТОО «LabTest Diagnostics», ТОО «Fortis Pai» (Фортис Пай), ТОО «KazMedEquipment» и ТОО «Planet Project» конкурсная комиссия **РЕШИЛА:**

1. Отклонить конкурсную заявку поставщика ТОО «LabTest Diagnostics», ТОО «Fortis Pai» (Фортис Пай), и ТОО «Planet Project» в связи с несоответствием квалификационным требованиям конкурсной документации и несоответствие характеристики товара по требованию технической спецификации заказчика.

2. Конкурсная заявка поставщика по 2 (двум) лотам ТОО «KazMedEquipment» допущены к участию в конкурсе.

9) На основании решения конкурсной комиссии по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок **подведены ИТОГИ:**

1) Признать конкурс по лоту №1, 2 несостоявшимися в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 13 Руководства «О закупках в рамках реализации грантов ГФ для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в РК» по компоненту «туберкулез» (к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик).

Председатель комиссии:

Ералиева Л.Т.

Члены комиссии:

Абенов А.

Нуралбаева П. К.

Укиева Д.А.

Караев О. С.

Секретарь конкурсной комиссии:

Кожалиев А.

Сыдыков Р.Р.
