

Протокол №13
по итогам закупа способом запроса ценовых предложений
по приобретению изделий медицинских назначения

г.Алматы, ул.Бекхожина №5

19 «марта» 2021г.

1. Заказчик и организатор закупа – РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии» Министерства Здравоохранения Республики Казахстан
 050010, г.Алматы, ул.Бекхожина №5.

2. Выделенная сумма на поставку товаров – 4696250,00 (Четыре миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч семьдесят пятьдесят) тенге 00 тиин.

3. Потенциальные поставщики представившие ценовые предложения по лотам:

№ ш/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес:	Время предоставления конвертов
1	ТОО «Дельрус РК»	г.Нур-Султан, пер. Шынгас, д.16.	16.03.2021г 15ч 10 мин
2	ТОО «Мелиор LTD»	г.Нур-Султан, ул. Желтоксан, д.38.	16.03.2021г 15ч 15 мин

4. Присутствовавших потенциальных поставщиков при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не было

5. Ценовые предложения вскрыты и содержат информацию о стоимости товара по **приобретению изделий медицинских назначения**:

№ лот а	Торговое наименование	Краткое описание	ед. изм.	Кол- во	Цена за ед. (в тенге)	Цена (в тенге) за единицу с учетом НДС ТОО «Дельрус РК»	Цена (в тенге) за единицу с учетом НДС ТОО «Мелиор LTD»
1	Сенсорная кассета на 200 тестов/60 дней полная панель	Измеряемые тесты: pH, pO2, pCO2, K, Na, Ca, Cl, Hct; количество измеряемых анализов не менее 200; длительность работы на борту прибора не менее 60 дней	шт	1	708 000	707500	707700
2	Сенсорная кассета на 100 тестов/60 дней полная панель	Измеряемые тесты: pH, pO2, pCO2, K, Na, Ca, Cl, Hct; количество измеряемых анализов не менее 100; длительность работы на борту прибора не менее 60 дней	шт	5	518 000	517500	517700
3	Калибровочный блок для ABL 80 Basic	Объем раствора № 1 не менее 440 мл; Объем раствора № 2 не менее 220 мл; Объем раствора №3 не менее 220 мл, Объем раствор №4 не менее 220 мл, длительность работы на борту прибора не менее 60 дней; температура хранения 12-25 °C; срок годности не менее 120 дней	шт	6	149 400	149000	149200
4	Бумага для принтера (упаковка 6 рул.)	Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL80, 6 рулонов/упак. Ширина 78 мм, внешний диаметр 50 мм	уп	1	28 850	28000	28500

5	Раствор контроля качества Range+Qualicheck: уровень 1 (30 ампул)	Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/pH/LYT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – ацидоэз.	уп	1	118 250	118000	118200
6	Раствор контроля качества Range+Qualicheck: уровень 2 (30 ампул)	Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/pH/LYT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – норма.	уп	1	118 250	118000	118200
7	Раствор контроля качества Range+Qualicheck: уровень 3 (30 ампул)	Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/pH/LYT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – алкалоэз.	уп	1	118 250	118000	118200

6. Комиссия по результатам данных закупок способом запроса ценовых предложений РЕШИЛА:

- по логам №№1,2,3,4,5,6,7 признать победителем потенциального поставщика ТОО «Дельтрус РК» и заключить договор о закупке по приобретению изделий медицинских назначения на общую сумму- 4571000,00 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча) тенге 00 тиын.

Председатель комиссии

Жанибеков А.Б,

Заместитель председателя комиссии:

Мустапаева Ж.А.

Члены комиссии:

Аубакирова А.С.

Откелбаева С.Б.

Абильдаева Г.У.

Секретарь конкурсной комиссии:

Жантанхова К.К.