

ПРОТОКОЛ
итогов тендера по закупу медицинского изделия (Респираторы) №2

г.Алматы
Бекхожина 5

11.00 часов 16 июля 2021 года

1.Тендерная комиссия в следующем составе:

Председатель тендерной комиссии:

1. Ералиева Л.Т. – заместитель директора.

Заместитель председателя тендерной комиссии:

2. Мустапаева Ж.А. – руководитель отдела гос.закупок.

Члены комиссии:

3. Откелбаева С.Б. – и.о.главного бухгалтера;

4. Аубакирова А.С. – главный экономист;

5. Абилдаева Г.У. – заведующая аптекой.

Секретарь тендерной комиссии:

Жантохова К.К. – менеджер отдела государственных закупок.

1. Тендерная комиссия при организации, проведении и подведении итогов открытого тендера руководствовалась «Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 04.06.2021 года № 375 (далее – Правила) и Тендерной документацией по закупку медицинского изделия.

2. Наименования и краткое описание медицинских изделий, выделенная сумма:

№	Наименование медицинских изделий	Ед. изм.	Кол-во	цена за единицу в тенге	Сумма, планируемая для закупки в тенге
1	Медицинский респиратор с клапаном.	шт	7720	1400	10808000,00
	ИТОГО:				10808000,00

3. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес	Дата и время сдачи тендерных заявок
1	ТОО «Medical Active Group»	г.Павлодар, ул.Российская, 6	02.07.2021г. 16ч 00мин.
2	ТОО «Благовест КЗ»	РК., г.Алматы, ул.Саина, д.6 кв.171	08.07.2021г. 11ч 30 мин

4. Информация, представленная потенциальными поставщиками с ценовыми предложениями:

№ лота	Наименование товара	ТОО «Medical Active Group»	ТОО «Благовест КЗ»
--------	---------------------	----------------------------	--------------------

(Handwritten signatures and initials)

		Цена, тенге	Цена, тенге
1	Медицинский респиратор с клапаном.	1000	1390

5. Тендерная заявка следующего потенциального поставщика отклонена:

1) **ТОО «Medical Active Group»:**

а) согласно экспертному заключению: техническая характеристика, представленная в заявке потенциальным поставщиком, не соответствует технической характеристике, указанной в тендерной документации.

6. В соответствии с приказом РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии РК» МЗ РК от 17.06.2021г. №117/п в качестве экспертов привлечены: Аманжолова Н.Б., Матжанова А.А. которые представили экспертное заключение по соответствию(несоответствию) представленных на тендер изделий медицинского назначения требованиям технической спецификации (приложение 1) (прилагается).

7. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок **РЕШИЛА:**

- 1) В соответствие с Гл.8 пунктом 74 по лоту №1 признать победителем **ТОО «Благовест КЗ»** на общую сумму- **10730800,00 (Десять миллионов семьсот тридцать тысяч восемьсот) тенге 00 тиын**
- 2) Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить потенциальному поставщику подписанный договор закупа.

Председатель тендерной комиссии

Ералиева Л.Т.

Заместитель председателя тендерной комиссии

Мустапаева Ж.А.

Члены комиссии:

Аубакирова А.С.

Абилдаева Г.У.

Откелбаева С.Б.

Секретарь тендерной комиссии:

Жантохова К.К.

Экспертное заключение по закупке изделий медицинского назначения

№	Наименование	Изделия медицинского назначения	Причина соответствия/несоответствия
1	ТОО «Благовест KZ»	Медицинский респиратор Алина-216 FFP2RD с клапаном	Соответствует по представленной технической характеристике к тендерной документации.
2	ТОО «Medical Active Group»	Маска респиратор MAG RUP3-K противожидкостная, четырехслойная, с клапаном FFP3	Не соответствует по представленной технической характеристике к тендерной документации, а именно форма «Утиный клюв», диаметр, срок годности 12 месяцев, что тоже не соответствует заявленному сроку. Ленты оголовья первого образца, которая используется для крепления респиратора к лицу при надевании оказались очень слабыми и сразу же расклеились. При проведении Фит-теста вторым предоставленным респиратором на герметичность между лицом и респиратором появились зазоры. Чтобы обеспечить защиту органов дыхания, респиратор должен плотно прилегать к лицу пользователя, не оставляя зазоров между кожей лица и краями респиратора. Не указаны знаки многократного применения и соответствия респиратора требованиям устойчивости к запылению и его высокая фильтрующая способность, и правила ухода за ними.

Руководитель ОГЭиИК

Врач-эпидемиолог

Аманжолова
Матжанова

Н. Аманжолова

А. Матжанова

15.07.2022