

Протокол №33
по итогам закупки способом запроса ценовых предложений
по приобретению изделий медицинских назначения

г. Алматы, ул. Бекхожина №5

25 «мая» 2021г.

1. **Заказчик и организатор закупки** – РПТ на ПХВ «Национальный научный центр физиопульмонологии» Министерства Здравоохранения Республики Казахстан 050010, г. Алматы, ул. Бекхожина №5.

2. **Выделенная сумма на поставку товаров** – **750000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч) тенге 00 тьын.**

3. **Потенциальные поставщики представившие ценовые предложения по лотам:**

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес:	Время предоставления конвертов
1	ТОО «RиMa Faгm»	г. Алматы, ул. Варламова, д.33/180	17.05.2021г 16ч 15 мин
2	ТОО «Rаvap Best»	г. Алматы, пр. Суюнбая, д.89Б	17.05.2021г 16ч 16 мин
3	ТОО «GentaMed»	г. Алматы, пр. Райымбек д.348/1	17.05.2021г 17ч 00 мин

4. **Присутствовавших потенциальных поставщиков при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не было**

5. **Ценовые предложения вскрыты и содержат информацию о стоимости товара по приобретению изделий медицинских назначения:**

№ лота	Наименование МИ	Краткое описание	ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (в тенге)	Цена (в тенге) за единицу с учетом НДС		
						ТОО «RиMa Faгm»	ТОО «Rаvap Best»	ТОО «GentaMed»
1	Шовный хирургический рассасывающийся материал фиолетовый, условным №3/0, длина см: 75, с атравматической коллоидной иглой длиной мм: 22, кривизна 1/2С	Синтетический рассасывающийся полифиламентный шовный материал фиолетового цвета из полигликолевой кислоты атравматическими иглами из высокопрочной, упругой нержавеющей стали с силиконовым покрытием, улучшающим пенетрацию. Покрытие из поликапролактона и стеарата кальция	шт	300	1250	850	1240	1050

Handwritten signatures and initials:
 - *Atybek*
 - *Samal*
 - *Self*
 - *Shyrbek*
 - *AB*

	<p>обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани. USP3/0 (диаметр 0,20-0,249мм), длиной см 75, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 22,0</p> <p>Кривизной 1/2 окружности.</p> <p>Индивидуальная упаковка каждой нити обеспечивает герметичность и стерильность в течение 5 лет с момента производства. Особенности вскрытия упаковки обеспечивают простой доступ к игле. Лицевая сторона коробки и индивидуальной упаковки имеет легко идентифицируемые надписи.</p> <p>Инструкция на государственном и русском языке в каждой коробке</p>						
<p>Шовный хирургический рассасывающийся материал фиолетовый, условным №3/0, длина см: 75, с атравматической колющей иглой длиной мм: 26, кривизна 1/2С</p>	<p>Синтетический рассасывающийся полифилламентный шовный материал фиолетового цвета из полигликолевой кислоты атравматическими иглами из высокопрочной, упругой нержавеющей стали с силиконовым покрытием, улучшающим пенирацию. Покрытие из поликапролактона и стеарата кальция обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткани. USP3/0 (диаметр 0,20-0,249мм), длиной см 75, с атравматической колющей иглой, длиной мм: 26,0, кривизной 1/2 окружности.</p> <p>Индивидуальная упаковка каждой нити обеспечивает герметичность и стерильность в течение 5 лет с момента производства. Особенности вскрытия упаковки обеспечивают простой доступ к игле. Лицевая сторона коробки и индивидуальной</p>	шт	300	1250	850	1240	1050

2

Виня
Александр
Дель
Стефан
А

	упаковки имеет легко идентифицируемые надписи. Инструкция на государственном и русском языке в каждой коробке								
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Комиссия по результатам данных закупок способом запроса ценовых предложений **РЕННИДА:** Потенциальные поставщики: ТОО «РиМа Фарм», ТОО «Кашан Вест» не соответствуют требованиям технической характеристики. Отсутствует силиконовое покрытие.

- по лотам №1,2 в закупке допущен один потенциальный поставщик. В соответствии с Гл.10 пунктом 112 заключить договор о закупке по приобретению Медицинских изделий с **ТОО «GentaMed»** на общую сумму – **630000,00 (Шестьсот тридцать тысяч) тенге 00 тьын.**

Председатель комиссии

Ералиева Л.Т.

Заместитель председателя комиссии:

Мустапаева Ж.А.

Члены комиссии:

Аубакирова А.С.

Откелбаева С.Б.

Абилдаева Г.У.

Секретарь конкурсной комиссии:

Жантохова К.К.

Таблица соответствия товаров технических характеристик (шовный материал)

№	Компания	Рита Фарм		Сента МЕД		Рапан Вест	
		Соответстви с данными технически характерист икам	Критичность	Соответст заданным техническ им характери стикам	Критич	Соответстви технически М характерист икам	Критичность
1	Шовный хирургический рассасывающийся материал (фиолетовый), основным № 3/0, длиной см: 75, с атравматической коллошей иглой длиной мм: 22, кривизна 1/2 С / Синтетический рассасывающийся полифламентный шовный материал фиолетового цвета из полигликолевой кислоты с атравматическими иглами из высокопрочной, упругой нержавеющей стали с силиконовым покрытием, улучшающим пенирацию. Покрытие из поликапролактона и стearата кальция обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткань. USP 3/0 (диаметр 0.20-0.249 мм), длиной см: 75, с атравматической коллошей иглой, длиной мм: 22.0, кривизной 1/2 окружности. Индивидуальная упаковка каждой нити обеспечивает герметичность и стерильность в течение 5 лет с момента производства. Особенности вскрытия упаковки обеспечивают пр остой доступ к игле. Лицевая сторона коробки и индивидуальной упаковки имеет легко идентифицируемые надписи. Наличие имеет легко идентифицируемые надписи. Наличие регистрационного и сертификата соответствия. Инструкция на государственном и русском языке в каждой коробке.	Не соответствует	На представленной технической характеристике медицинского изделия отсутствуют данные о покрытии иглы из силикона который должен обеспечивать улучшение проходности иглы через ткань	Соответств ует	Не соответствуете	На представленной технической характеристике медицинского изделия отсутствуют данные о покрытии иглы из силикона который должен обеспечивать улучшение проходности иглы через ткань	
2	Шовный хирургический рассасывающийся материал (фиолетовый), основным № 3/0, длиной см: 75, с атравматической коллошей иглой длиной мм: 26, кривизна 1/2 С / Синтетический рассасывающийся полифламентный шовный материал фиолетового цвета из полигликолевой кислоты с атравматическими иглами из высокопрочной, упругой нержавеющей стали с силиконовым покрытием, улучшающим пенирацию. Покрытие из поликапролактона и стearата кальция обеспечивает легкое скольжение и нетравматичное прохождение через ткань. USP 3/0 (диаметр 0.20-0.249 мм), длиной см: 75, с атравматической коллошей иглой, длиной мм: 26.0, кривизной 1/2 окружности. Индивидуальная упаковка каждой нити обеспечивает герметичность и стерильность в течение 5 лет с момента производства. Особенности вскрытия упаковки обеспечивают простой доступ к игле. Лицевая сторона коробки и индивидуальной упаковки имеет легко идентифицируемые надписи. Наличие регистрационного и сертификата соответствия. Инструкция на государственном и русском языке в каждой коробке.	Не соответствует	На представленной технической характеристике медицинского изделия отсутствуют данные о покрытии иглы из силикона который должен обеспечивать улучшение проходности иглы через ткань	Соответств ует	Не соответствую	На представленной технической характеристике медицинского изделия отсутствуют данные о покрытии иглы из силикона который должен обеспечивать улучшение проходности иглы через ткань	

Зав. ЛХО

Бектуренинов Б.У.

25.05.2022г.